

# INSTRUÇÕES DE USO PARA A CÂNULA PARA PUNÇÃO DE RESERVATÓRIO COM EXTENSÃO EM PU ISOMED

## Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da cânula para punção de reservatório.

## Indicações:

As cânulas estão indicadas para punção de reservatório do cateter totalmente implantável para infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue, preservando assim a rede venosa periférica e reduzindo a troca regular de cateteres periféricos.

## Descrição do produto:

### \*Cânula:

A cânula para punção de reservatório é fabricada em aço inoxidável AISI 304 em um ângulo tangencial. O aço inoxidável utilizado atende as normas previstas na normatização ISO 683/13 e tem alta resistência à corrosão.

### \*As asas:

As Cânulas para punção de reservatório com extensão possuem asas para possibilitar uma melhor fixação e posicionamento da cânula e são removíveis. São feitas em PVC em acordo com a normatização ISO 6009.

### \*Extensão:

A extensão está conectada à cânula graças a uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A extensão é fabricada em poliuretano, transparente com 18 cm de comprimento. A pinça é fabricada em poliacetal.

## Informação, precauções, advertências e restrições do produto:

- Estéril e apirogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- Produto de reprocessamento proibido conforme item 01 da RE2605 de 2006.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de inserção, manutenção e remoção da cânula.
- O tempo de permanência da cânula é de curto prazo e deve seguir o protocolo do hospital.
- Os materiais perfurocortantes devem ser descartados RDC 222 de 28 de março de 2018, da ANVISA.
- Não utilize este produto com injetores de alta pressão pois o produto pode ser danificado. Utilize seringas iguais ou maiores que 10 ml.
- Evite o contato direto entre o produto e soluções alcoólicas.
- Nunca utilize a cânula para punção em uma região infectada.
- Utilize preferencialmente o diâmetro de 22G para infusões que não necessitem de grandes volumes para uma melhor preservação do septo. Para infusões de grandes volumes, sangue e derivados, utilize preferencialmente cânulas de 19G de diâmetro.
- Nunca force a infusão em um cateter obstruído.
- Nunca infunda soluções diferentes devido ao risco de interação medicamentosa ou precipitação. Infunda solução salina internamente, por toda cânula, entre soluções.
- Antes de administrar qualquer solução medicamentosa, verifique a compatibilidade da mesma com o plástico Hexamoll DINCH.
- Tenha cuidado ao introduzir e remover a cânula pois é um produto perfuro cortante.
- Confira o comprimento adequado para o tamanho e profundidade do reservatório.

## Contra indicações:

Na região a ser puncionada:

- Eritema e/ou exantema;
- Infecção local;
- Qualquer sinal ou suspeita de movimentação do reservatório;
- Dificuldade de localização do septo.
- Soluções que contenham Cabazitaxel como princípio ativo não podem ser administradas com essa cânula.
- Alguns solventes são incompatíveis com a cânula, tais como:
  - Esters;

-Éter e cetonas

\*O fenômeno de adsorção, que pode causar uma leve variação na concentração de soluções, foi observado com os seguintes componentes:

- Bupivacaína;
- Calcitriol;
- Carmustina;
- Heparina;
- Insulina;
- Diazepam;
- Fentanil;
- Nitroglicerina;
- Lorazepam;
- Warfarina;
- Voriconazol;
- Triflupromazina;
- Pentamidina;
- Nifedipina;
- Ciclosporina;
- Sufentanil;
- Propofol;
- Dinitrato de isosorbida.

\*O fenômeno de absorção, que pode causar uma variação na concentração de soluções, foi observado com os seguintes componentes:

- Clorpromazina;
- Clonazepam;
- Cloroeto de hidralazina;
- Tiopental;
- Diazepam;
- Dinitrato de isossorbida;
- Warfarina;
- Nimodipina;
- Nitroglicerina.

## Complicações:

Não se aplica.

## Instruções de uso:

- Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.
- Posicione o paciente em decúbito dorsal com a cabeça virada para o lado oposto ao da punção.
- Faça uma desinfecção no local de punção. Observe se o local não apresenta sinais de infecção.
- Preencha a cânula em toda a sua extensão com solução salina com o objetivo de expelir o ar e testar a integridade do produto.
- Localize o reservatório através de palpação.
- Mantenha o reservatório firme entre dois dedos.
- Introduza a cânula no centro do reservatório, perpendicularmente à pele.
- Atravesse lentamente a pele, o septo até que a cânula toque a base do reservatório.
- Fixe a cânula na pele com curativo transparente.
- Abra a pinça e inicie a infusão lenta e suavemente.
- Ao final da infusão, lave e preencha o cateter com solução. (de acordo com o protocolo do hospital).
- Retire a cânula.

\*Instruções para coleta de sangue:

- Siga os mesmos passos da instrução anterior.
- Colete 5 ml de sangue.
- Lave imediatamente toda a extensão da cânula com solução salina e preencha o cateter com solução. (de acordo com o protocolo do hospital).
- Os materiais perfurocortantes devem ser descartados conforme RDC 222 de 28 de março de 2018, da ANVISA.

## Informações técnicas:

Embalagem secundária: caixa de papel cartão 500g/cm. Cada embalagem secundária contém 50 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel grau cirúrgico e outro lado blister PETG (polietileno tereftalato de etileno glicol). Cada embalagem primária contém:

01 cânula para punção de reservatório com extensão 18 cm em poliuretano, XXG x YY mm ,Curva, 90°, com asa.

Código	Descrição	Diâmetro	Comprimento
LR1915PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	19G	15 mm
LR1920PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	19G	20 mm
LR1925PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	19G	25 mm
LR1932PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	19G	32 mm
LR1938PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	19G	38 mm
LR2015PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	20G	15 mm
LR2020PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	20G	20 mm
LR2025PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	20G	25 mm
LR2032PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	20G	32 mm
LR2038PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	20G	38 mm
LR2215PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	22G	15 mm
LR2220PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	22G	20 mm
LR2225PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	22G	25 mm
LR2232PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	22G	32 mm
LR2238PU	Cânula para punção de reservatório com extensão	22G	38 mm

**Fabricante:**

Isomed  
ZAE Les Pointes 23 - Rue des Grands Prés - 60230 – Chambly - França

**Fornecedor:**

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda  
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124  
SAC:(31) 36881901 www.medika.com.br

**ANVISA: 10289680178**

**Responsável técnico:**

Enfª. Ingrid Neves COREN-MG 764669-ENF

Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de fabricação



Data de Validade

REF

Referência



Esterilizado a Óxido de Etileno

**Versão da instrução de uso – Vr.03**

**Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.**  
Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: [qualidade@medika.com.br](mailto:qualidade@medika.com.br).