

INSTRUÇÕES DE USO PARA A BOMBA DE INFUSÃO INTRAVENOSA SOFT FERT MEDICAL

Bomba de infusão

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da bomba de infusão com, ou sem seletor de fluxo.

Indicações:

A bomba de infusão intravenosa soft Fert Medical está indicada para administração intravenosa de quimioterápicos, anestésicos, analgésicos e antibióticos com uma taxa de fluxo constante e baixa pressão.

Descrição do produto:

A bomba de infusão soft Fert Medical é uma bomba de infusão ambulatória descartável, com um reservatório balão em silicone, uma bolsa em PVC que reveste o balão e uma extensão que se liga a um cateter. O funcionamento do dispositivo consiste na pressão da força elástica de contração do balão preenchido com a solução de infusão que empurra a solução para fora. Denominamos força elástica a força com a qual um balão, que é um corpo elástico, reage a uma força externa que a comprime ou a distende. A reação do balão age no sentido de desfazer a alteração provocada em sua forma. O balão é o próprio reservatório da infusão e que, através da força elástica, empurra a solução para uma linha de extensão. Sendo assim, a infusão ocorre pela ação da força elástica e não por gravidade. A taxa de fluxo pode ser fixa em 2,3,4,5,6,8,10 e 20 ml/h ou selecionada através de um seletor de fluxo com diversas taxas de fluxo nominal em ml/h, tais como, 1/2/3/4/5/6/7; 2/4/6/8/10/12/14 e 5/10/15/20/25/30/35 ml/h, que é selecionado a partir de uma chave hexagonal, parte integrante deste produto. A bomba de infusão possui uma válvula de fluxo único que impede o refluxo da solução quando o balão da bomba de infusão é preenchido e um filtro de partículas de 5µ. Os volumes da bomba são 50, 60, 100, 150, 200, 250 e 275 ml. Assim sendo, através da conexão de alimentação, utilizando-se uma seringa contendo a solução de infusão escolhida, a solução preenche o balão reservatório de silicone. Após o volume total ser concluído, retira-se a seringa, retira-se o ar da linha de extensão e inicia-se a infusão.

Informação e condições de manipulação:

- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- O fabricante recomenda um uso único.
- A utilização da bomba de infusão é de curto prazo.
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar a bomba de infusão com seletor de fluxo soft.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores que 30°C.
- O produto deve ser descartado conforme RDC 222, de 28 de março de 2018, da ANVISA.

Contraindicações:

- Não utilize a bomba de infusão para soluções lipídicas ou soluções medicinais que contenham: emulsões lipídicas; ingredientes oleosos; agentes surfactantes; agentes solubilizantes como o etanol, soluções altamente viscosas, nutrição parenteral total.
- Não utilize a bomba de infusão para injeção intramuscular.

Efeitos adversos:

Não se aplica

Advertências e precauções:

- Para uso somente por profissional qualificado e familiarizado com os procedimentos.
- Estétil e apirogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Tenha cuidado ao manusear o produto, visto que qualquer choque ou queda pode causar vazamentos e outros danos.
- Não utilize esse produto em condições hiperbáricas ou hipobáricas.
- A linha de extensão deste produto é fabricada em PVC.
- A taxa de fluxo nominal de infusão indicada para o produto foi ajustada usando uma solução de água destilada à temperatura ambiente

(23+2°C), umidade relativa do ar (50+-5) % e pressão atmosférica 86 - 106Kpa.

-A taxa de fluxo nominal pode variar:

*De acordo com o volume de preenchimento - acima ou abaixo do volume total irá interferir na taxa de fluxo nominal;

*De acordo com a pressão atmosférica: A taxa de fluxo nominal de infusão indicada para o produto foi ajustada usando uma solução de água destilada sob pressão atmosférica 86 - 106Kpa. Pressão atmosférica acima ou abaixo do indicado pode interferir na taxa de fluxo nominal;

*De acordo com a temperatura: A taxa de fluxo nominal de infusão indicada para o produto foi ajustada usando uma solução de água destilada à temperatura ambiente (23+2°C). Temperatura acima ou abaixo do indicado pode interferir na taxa de fluxo nominal;

*De acordo com a umidade: A taxa de fluxo nominal de infusão indicada para o produto foi ajustada usando uma solução de água destilada à temperatura ambiente (23+2°C), umidade relativa do ar (50+-5) % e pressão atmosférica 86 - 106Kpa.

*De acordo com a viscosidade e concentração do medicamento: A taxa de fluxo nominal de infusão indicada para o produto foi ajustada usando uma solução de água destilada. Soluções mais viscosas resultarão em uma taxa de fluxo nominal mais lenta.

-Adicione o medicamento à solução de diluição após o preenchimento de toda a extensão.

-Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de infusão, manutenção e remoção do sistema de infusão.

Instruções de uso:

-Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.

-Remova a bomba de infusão de sua embalagem e confira sua integridade.

-Feche a pinça da extensão.

-Retire a tampa branca da válvula de fluxo único do reservatório balão.

-Conecte a seringa sem ar, contendo a solução de infusão e injete-a lentamente para dentro do reservatório balão.

-Ao final da infusão para o reservatório, retire a seringa e feche a tampa da válvula de fluxo único do reservatório balão.

-Abra a pinça e preencha toda a linha de extensão com a solução de infusão. A extensão possui em sua extremidade proximal uma tampinha azul com filtro, que permite que toda a extensão seja preenchida sem ocorrer vazamento.

-Feche a pinça.

- Para a utilização do seletor de fluxo: Utilizando a chave hexagonal branca, que acompanha este produto, selecione o fluxo desejado e guarde a chave para uma eventual troca de fluxo, se for necessário.

-Identifique a bomba de infusão com as informações desejadas.

-Conecte a linha de extensão ao cateter.

-O produto deve ser descartado conforme RDC 222, de 28 de março de 2018, da ANVISA.

-Certifique-se de que não há bolhas de ar na linha de extensão.

Formas de apresentação:

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 20 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado Tyvek® (membrana composta 100% de polietileno, sem aditivos) e o outro lado blister em PVC.

Contém: 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone XX ml de volume total, revestida por bolsa em PVC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão, com ou sem seletor de fluxo xx/yy/zz/aa/bb/cc ml/h.

Modelo: com seletor de fluxo

Código do Produto	Volume total	Fluxo a ser selecionado
	ml	ml/h
RS84442	60	1/2/3/4/5/6/7
RS80442	100	1/2/3/4/5/6/7
RS81442	150	1/2/3/4/5/6/7
RS82442	200	1/2/3/4/5/6/7
RS85442	250	1/2/3/4/5/6/7
RS83442	275	1/2/3/4/5/6/7

RS84552	60	2/4/6/8/10/12/14
RS80852	100	2/4/6/8/10/12/14
RS818525	150	2/4/6/8/10/12/14
RS828522	200	2/4/6/8/10/12/14
RS85852	250	2/4/6/8/10/12/14
RS838527	275	2/4/6/8/10/12/14
RS84852	60	5/10/15/20/25/30/35
RS808526	100	5/10/15/20/25/30/35
RS81852	150	5/10/15/20/25/30/35
RS82852	250	5/10/15/20/25/30/35
RS83852	275	5/10/15/20/25/30/35
RS848524	400	5/10/15/20/25/30/35
RS85852	500	5/10/15/20/25/30/35
RS86852	600	5/10/15/20/25/30/35

E275010002	275	10
E275020002	275	20

Fabricante: Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd.
3618, Huancheng South Road, Tongxiang, Zhejiang. -
China

Fornecedor: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e
Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-
124
SAC:(31) 36881901 www.medika.com.br




Responsável técnico: ENF Ana Cristina Almeida de AraújoCOREN
MG: 555.068-ENF

Registro ANVISA nº: 10289680207

Modelo: sem seletor de fluxo

Código	Volume total (ml)	Fluxo (ml/h)
E050002002	50	2
E050003002	50	3
E050004002	50	4
E050005002	50	5
E050006002	50	6
E050008002	50	8
E050010002	50	10
E050020002	50	20
E060002002	60	2
E060003002	60	3
E060004002	60	4
E060005002	60	5
E060006002	60	6
E060008002	60	8
E060010002	60	10
E060020002	60	20
E100002002	100	2
E100003002	100	3
E100004002	100	4
E100005002	100	5
E100006002	100	6
E100008002	100	8
E100010002	100	10
E100020002	100	20
E150002002	150	2
E150003002	150	3
E150004002	150	4
E150005002	150	5
E150006002	150	6
E150008002	150	8
E150010002	150	10
E150020002	150	20
E200002002	200	2
E200003002	200	3
E200004002	200	4
E200005002	200	5
E200006002	200	6
E200008002	200	8
E200010002	200	10
E200020002	200	20
E250002002	250	2
E250003002	250	3
E250004002	250	4
E250005002	250	5
E250006002	250	6
E250008002	250	8
E250010002	250	10
E250020002	250	20
E275002002	275	2
E275003002	275	3
E275004002	275	4
E275005002	275	5
E275006002	275	6
E275008002	275	8

Legenda da simbologia da rotulagem:

	Lote
	Data de fabricação
	Data de Validade
REF	Referência
STERILE EO	Esterilizado por óxido de etileno

Versão da instrução de uso – Vr.06

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido. Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br